

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-B99487-11		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	CP番号	備 考
電子式デットウェイトスケール	Fluke Calibration E-DWT-H-70M/7M 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。)		数量 1EA #

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1 要求諸元

(1) 概要

圧力計の油圧ゲージ、空気圧ゲージの計測及び校正ができるものとし、**高圧ガス保安法**（昭和26年6月7日法律第204号）に抵触しない電子式であること。

液体を使用する場合は、揮発性が高く、乾燥後の成分残留がないもの（フロリナート等）を使用できること。

(2) 圧力レンジ 0～70Mpa（0～10000psi）

(3) 分解能 0.001%

(4) 精度 0.7Mpa～70Mpaの範囲で読み値の±0.1%

(5) 寸法 470（W）×610（D）×400（H）mm以下

(6) 質量 50kg以下

2 附属品

(1) E-DWT-Hキャリーケース：1EA

(2) 10000psi AN-4クイックカップラキット：1KT

(3) 1/4" 高圧配管キット：1KT

(4) メディアセパレーター：1EA

(5) 校正証明書（試験成績書等）：1EA

3 提出書類

(1) 類別原資料 当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。

(2) 取扱説明書 別途提出分（初回）は4部とし、器材添付は、2部とする。